

Universitätsklinikum Halle (Saale) | Postfach | 06097 Halle (Saale)

An alle Einsender

Zentrallabor

Ihre Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
L-K/MiDatum
14.01.2014

Hausanschrift:
Ernst-Grube-Straße 40
06120 Halle (Saale)
Tel.: (0345) 557 4480
Fax: (0345) 557 4484
E-Mail: zentrallabor@uk-halle.de
Web: www.medizin.uni-halle.de

Laborinformation Zentrallabor Rückumstellung Faktor XIII

Akademische Leitung:
Frau OÄ Dr. med. B. Ludwig-Kraus
Tel.: (0345) 557 2384
E-Mail: beatrice.ludwig-kraus@uk-halle.de

Ab dem 14.01.2014 erfolgt die Messung zur Bestimmung des Faktors XIII wieder wie gewohnt mit dem Gerinnungstest der Firma Siemens.

Frau Dr. rer. nat. M. Mischereit
Tel.: (0345) 557 2359
E-Mail: marlies.mischereit@uk-halle.de

Damit ist die zwischenzeitliche Bestimmung ab dem 23.12.2013 mittels einer Ersatzmethode der Fa. Instrumentation Laboratory (IL) aufgrund von plötzlichen Lieferschwierigkeiten der Fa. Siemens beendet.

Leitende MTLA:
Frau B. Zimmermann
Tel.: (0345) 557 2357
E-Mail: brigitte.zimmermann@uk-halle.de

Aus prozessablauforganisatorischen Gründen werden alle F XIII – Anforderungen einmal täglich in einer Serie bestimmt.


Sekretariat:
Frau S. Förtsch
Tel.: (0345) 557 2370
Fax: (0345) 557 2355
E-Mail: zentrallabor@uk-halle.de

Referenzwerte:

Erwachsene: 70-140%

Neugeborene: 30-122% (Erwachsenenwert wird nach 1 Woche erreicht).

Mit freundlichen Grüßen

OÄ Dr. Ludwig-Kraus
Akademische LeitungDr. Mischereit
Akademische Leitung

