

Zentrallabor

Ihre Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
L-K/FöDatum
12.02.2016**Laborinformation
Zentrallabor****Korrektur der unteren Messbereichsgrenze Rivaroxaban**


Bei der Überprüfung der unteren Messbereichsgrenze von Rivaroxaban ist ein Umwandlungsfehler bei Messergebnissen von <25 ng/ml aufgetreten. Dies betrifft Rivaroxabananalysen vom 2.9.2015 bis zu 22.1.2016. Aufgrund einer fehlerhaften Geräteeinstellung wurden auch Ergebnisse < 25 ng/ml in 25 ng/ml gewandelt.

Da im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden kann ob weniger ($<$) oder tatsächlich 25 ng/ml ermittelt wurden sind die Laborberichte von Seiten des Zentrallabors nicht korrigiert worden.

Anbei finden Sie eine Liste der betroffenen Patienten Ihrer Abteilung zur Kenntnisnahme.

Die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.



Dr. med. B. Ludwig-Kraus
Leiterin Zentrallabor

Hausanschrift:

Ernst-Grube-Straße 40
06120 Halle (Saale)
Tel.: (0345) 557 4480
Fax: (0345) 557 4484
E-Mail: zentrallabor@uk-halle.de
Web: www.medizin.uni-halle.de

Leiterin:

Frau Dr. med. B. Ludwig-Kraus
Tel.: (0345) 557 2384
E-Mail: beatrice.ludwig-kraus@uk-halle.de

Sekretariat:

Frau S. Förtsch
Tel.: (0345) 557 2370
Fax: (0345) 557 2355
E-Mail: zentrallabor@uk-halle.de

