

Universitätsklinikum Halle (Saale) | Postfach | 06097 Halle (Saale)

An alle Einrichtungen

Zentrallabor
Ärztliche Leiterin:
Dr. Beatrice Ludwig-Kraus

Ihre Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen

Datum

L-K/Fö

15.12.2016

Hausanschrift:Ernst-Grube-Str. 40
06120 Halle**Laborinformation****Zentrallabor****Sekretariat**

Tel.: (0345) 557 2370

Fax: (0345) 557 2355

E-Mail: zentrallabor@uk-halle.dewww.uk-halle.de/zentrallabor**Annahme und Rezeption**

Tel.: (0345) 557 2312

**Liquor/Serum-Quotientendiagramm nach Reiber:
Methodenumstellung bei Albumin, IgG, IgM, und IgA**

Am **16.12.2016** erfolgt die Umstellung der Bestimmung von Albumin, IgG, IgA und IgM aus Serum und Liquor im Rahmen der Erstellung des Quotientendiagramms nach Reiber vom Analysensystem Siemens BN ProSpec auf Roche cobas 8000.

Damit verbunden ist eine Methodenänderung von immunchemischer Nephelometrie (Fa. Siemens) zur Turbidimetrie (Fa. Roche). Die Berechnung und Darstellung des Quotientendiagramms nach Reiber erfolgt unverändert. Bitte beachten Sie, dass es für einzelne Messwerte zu Abweichungen zu eventuell vorhandenen Vorwerten kommen kann. Bezüglich der Eingruppierung der Messergebnisse in die Bereiche des Quotientendiagramms besteht jedoch eine sehr gute Übereinstimmung zwischen der neu eingeführten und der bisherigen Messmethodik (Cohen's Kappa: 0.90; 95% CI: 0.82 – 0.98).

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Zentrallabors gerne zur Verfügung.


Dr. med. B. Ludwig-Kraus
Ärztliche Leiterin Zentrallabor